

datum	uhrzeit	nummer	pulse	meßbereich	verstärker- ausgangss ignal [V]	eichfaktor [teilchen/puls*cm2]	mittlere spurzahl	absoluter fehler [%]	relativer fehler [%]	ätzzeit[min]	auswertung
-											
20.08.2010	10:12	3600	1110			610	643	3	16		
20.08.2010	10:35	3601	323	10 uA/V	1,8V	570	175	13	75	7:30	
20.08.2010	10:40	3602	1525	10 uA/V	1,8V	613	889	1	7	7:30	
20.08.2010	10:52	3603	2023	10 uA/V	1,8V	587	1128	2	14	7:30	
20.08.2010	14:12	3604	526	10 uA/V	1,6V	589	295	4	26	7:30	
20.08.2010	14:24	3605	1024	10 uA/V	1,6V	547	532	4	22	7:30	
20.08.2010	18:10	3606	2016	10 uA/V	1,6V	562	1077	2	10	7:30	
21.08.2010	12:04	3607	2148	10 uA/V	1.6 V	642	1311	1	5	7:30	
21.08.2010	12:29	3609	2583	10 uA/V	1.6 V	642	1575	1	6	7:30	
21.08.2010	12:42	3608	2577	10 uA/V	1.6 V	644	1575	1	7	7:30	
21.08.2010	12:52	3611	2025	10 uA/V	1.6 V	569	1094	1	7	7:30	
21.08.2010	13:05	3612	2035	10 uA/V	1.6 V	627	1212	1	9	7:30	
21.08.2010	13:38	3613	1029	10 uA/V	1.6 V	620	606	2	10	7:30	
21.08.2010	13:55	3614	1613	10 uA/V	1.6 V	622	953	1	9	7:30	
21.08.2010	14:07	3615	1024	10 uA/V	1.6 V	612	595	1	8	7:30	
21.08.2010	14:20	3616	1023	10 uA/V	1.6 V	609	592	1	7	7:30	