

datum	uhrzeit	nummer	pulse	meßbereich	verstärker- ausgangssig- nal [V]	pulslänge [ms]	eichfaktor [teilchen/puls* cm <sup>2</sup> ]	mittlere spurzahl	absoluter fehler	relativer fehler [%]	ätzzeit[ min]	auswertung
02.08.2007	13:00	2928	506	10 µA / V	0,75 V	2 ms	1029,38	494,85	23,44	2,28	09:30	Handauswertung
02.08.2007	13:00	2929	1124	10 µA / V	0,75 V	2 ms	889,68	950,05	11,87	1,33	09:30	
02.08.2007	13:00	2930	1539	10 µA / V	0,75 V	2 ms	626,14	915,50	30,77	4,91	10:00	
02.08.2007	13:00	2928	506	10 µA / V	0,75 V	2 ms	1023,51		Verhaeltnis N-Li 0,333		09:30	
02.08.2007	13:00	2930	1539	10 µA / V	0,75 V	2 ms	973,24		Verhaeltnis N-Li 0,215		10:00	
02.08.2007	16:00	2931	127	10 µA / V	0,75 V	2 ms	1133,8	136,80	27,84	2,46	09:00	
02.08.2007	16:00	2932	210	10 µA / V	0,75 V	2 ms	1132,78	226,00	54,59	4,82	09:00	