

datum	uhrzeit	nummer	pulse	meßbereich	verstärker- ausgangss ignal [V]	eichfaktor [teilchen/puls*cm2]	mittlere spurzahl	absoluter fehler [%}	relativer fehler [%]	ätztzeit[min]	auswertung
-											
26.07.2010	13:15	3571	500	1mA/V	0,2V	2698	1282	1	34	90s	
26.07.2010	13:27	3570	352	1mA/V	0,2V	2799	936	1	41	120s	
26.07.2010	13:35	3569	252	1mA/V	0,2V	2759	661	2	47	120s	
26.07.2010	13:47	3568	102	1mA/V	0,2V	2949	286	1	42	120s	
26.07.2010	16:23	3573	305	1mA/V	0,8V	3011	873	1	30	120s	
26.07.2010	16:27	3572	205	1mA/V	0,8V	3068	598	1	26	120s	
26.07.2010	16:31	3574	406	1mA/V	0,8V	2996	1156	1	27	120s	